

Република Србија  
**ОПШТИНА ЉУБОВИЈА**

**Општинска управа**

-Комисија за јавну набавку-

Број: 404-12/2020-04

08.05.2020. године

Војводе Мишића 45

Љубовија

---

**ПРЕДМЕТ:** Одговор Комисије за јавну набавку бр. 6

Комисији за јавну набавку рендген апарат за потребе Дома здравља Љубовија (са стационаром), редни број ЈН 11/2020, дана 07.05.2020. године, упућене су следеће сугестије за допуном конкурсне документације:

„Поштовани,

Као заинтересовани понуђач, а у складу са чланом 63. став 2., ЗЈН, достављамо вам ниже наведене сугестије да прихваћене измене кроз питања понуђача од 04.05.2020, уврстите у конкурсну документацију (у складу са чланом 63, став 2): XII Образац структуре цене са упутством како да се попуни – Минимум техничких карактеристика.

- На сугестију заинтересованог понуђача, наручилац је одговорио позитивно са одговором: "...За наручиоца није прихватљиво решење са генератором фреквенције мање од 200 kHz, односно понуда понуђача који понуди уређај са високофреквентним генератором који не постиже ове фреквенције рада, биће оцењена као неприхватљива"

У складу са наведеним, молимо да допуну уврстите тако што ће те је навести у тачки 2.0:

2.0 Снага генератора 50 kW, фреквенција 200 kHz или већа.

- На сугестију заинтересованог понуђача, наручилац је одговорио позитивно са одговором: "...За наручиоца није прихватљиво решење без аутоматског синхронизованог (аутоматског, моторизованог) упареног кретања детектора у пациент столу у односу на лонгитудинално померање ртг цеви, односно понуда понуђача који понуди уређај без ове функционалности, биће оцењена као неприхватљива"

У складу са наведеним, молимо да допуну уврстите тако што ће те додати тачку 1.8, пошто се измена односи на функције везане за пациент сто.

1.8 Могућност синхронизованог (аутоматског, моторизованог) упареног кретања детектора у пациент столу у односу на лонгитудинално померање ртг цеви (аутотрекинг по уздужној оси).

- На сугестију заинтересованог понуђача, наручилац је одговорио позитивно са одовором: "...За наручиоца није прихватљиво решење без синхронизованог аутоматског праћења букија са детектором приликом вертикалног померања цеви, односно понуда понуђача који понуди уређај без ове функционалности, биће оцењена као неприхватљива.

У складу са наведеним, молимо да допуну уврстите тако што ће те додати тачку 4.4, пошто се измена односи на функције везане за вертикални статив.

4.4 Могућност синхронизованог аутоматског праћења буки статива са детектором приликом вертикалног померања цеви.

Сугестије достављамо како би наведене измене могли да уврстимо у поступак доказивања приликом израде понуде.“

**Одговор:** Наручилац сматра да су Конкурсном документацијом и објављеним одговорима на раније постављена питања за објашњење и разјашњење техничке спецификације, све предложене сугестије потенцијалног понуђача већ обухваћене, те се из тог разлога сугестије прихватају, али се не мења Конкурсна документација. Напомињемо да додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде које наручилац објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници представљају саставни део конкурсне документације.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**

